

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 005/2024 – SESAU

O Município de Pojuca/Ba, através do setor de compras da SESAU, vem solicitar COTAÇÃO DE PREÇOS, com o objetivo de obter pesquisa de preço no mercado em âmbito nacional, uma vez que este é de suma importância para o Município, pois nele consiste o início do procedimento legal a para realização de futuras contratações/licitações. Os interessados deverão enviar orçamentos para o e-mail: *dmscontratos@gmail*, prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Materiais e Equipamentos Médicos/Hospitalares para atender as demandas das unidades de saúde (nos autos) do Município.

| LOTE 01 | | | | | | |
|---------|--|-----|-------|-------|----------|-------|
| Item | Descrição | Qty | Apres | Marca | Valores | |
| | | | | | Unitário | Total |
| 01 | MICROMOTOR ELÉTRICO DE BANCADA Desenvolvido para atividades de desgaste, perfuração, corte, gravações e acabamentos finos; baixo nível de ruído e vibração; Dispensar a lubrificação para sua manutenção; acionar o micromotor de modo contínuo pelo painel ou se preferir pelo pedal de acionamento que acompanha o produto; Aprox. 30.000 RPM; Aprox. 45 Watts de Potência. <u>Itens inclusos:</u> -1und Micro Motor Elétrico de Bancada -1und Pedal liga/desliga | 1 | Und | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|-----|--|--|--|
| | <p>-1und Peça Reta (não autoclavável) -1und Peça Reta (autoclavável) -1und kit de Brocas -1und bolsa transporte Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. Apresentar Garantia; O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber.</p> | | | | | |
| 02 | <p>EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO (para Feridas) Desenvolvido para biomodulação em respostas inflamatórias, ação analgésica, aceleração de processos de cicatrização. É usado no tratamento de vários tipos de feridas, inclusive as de pés de diabéticos. O equipamento apresenta emissão do feixe de laser vermelho e laser infravermelho de baixa potência. A transmissão dos lasers através de fibra óptica permite emissão de feixe de luz preciso e altamente direcionado ao tecido. Características elétricas e ópticas da máquina de laser terapia: Potência de entrada 8VA; Tensão de alimentação bivolt automático; Tipo de</p> | 1 | Und | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Corrente alternada; Modo de operação dos lasers contínua; Frequência de alimentação 50/60Hz; Potência máxima do laser infravermelho 100mW; Comprimento de onda do laser infravermelho 808nm; Potência máxima do laser vermelho 100Mw; Comprimento de onda do laser vermelho entre 660nm;</p> <p><u>Itens inclusos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 peça de mão • 01 suporte da peça de mão • 03 pulseiras para ILIB • 03 espaçadores • 01 Espaçador • 01 fonte e cabo de alimentação • 01 Maleta para transporte • 03 óculos de proteção <p>-Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado;</p> <p>-Devem ser entregues os manuais de operação, em português.</p> <p>-Garantia: duração mínima de 1 ano a contar da data de aceitação do equipamento.</p> <p>-O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele.</p> <p>-Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber.</p> | | | | |
| Total por extenso. | | | | |

LOTE 02

| Item | Descrição | Qnt | Apres | Marca | Valores | |
|------|---|-----|-------|-------|----------|-------|
| | | | | | Unitário | Total |
| 01 | <p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL Ideal para uso de Clínicas Médicas e Odontológicas; Ser de baixo consumo de energia; Com baixo ruído; Motor com protetor térmico; Bivolt; Compressor a pistão oscilante; Isento de lubrificação; Não requer manutenção; Regulagens pré-determinadas no painel; Válvula de segurança contra transbordamento; Filtro bactericida; Potência 160VA; 60HZ; Vácuo Máx: 600 mHg; Vazão aprox. 20L/MIN; Deve Acompanhar: · 1 und de aspiração · 1 tubo de sucção · 1 extensão · 1 Frasco coletor c/ tampa , inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, capacidade 1300ml; -Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; -Devem ser entregues os manuais de operação, em português. – Garantia: duração mínima de 1 ano. -O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele; -Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber.</p> | 2 | Und | | | |
| 02 | <p>ASPIRADOR CIRURGICO Elétrico, acionamento por pedal, com carro/suporte,</p> | 2 | Und | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>rodízio giratórios com freios; -Proteção do motor: por meio de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura; -Baixo nível de ruído; -Deverá conter frasco inquebrável, 2 autoclavável, transparente, graduado, com boca larga e capacidade mínima de reservatório de 05 litros; -Tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável; -Filtro bactericida; -Sistema antitransbordamento; -Botão/Chave/Interruptor: liga/desliga; -Bivolt; -Vácuo máximo (mmHg) 558,8 ± 76; Vácuo máximo (pol.Hg) 22 ± 3; -Vacuômetro Escala 0 a 76 cm.hg / 0 a 30 pol.hg. Acessórios: 02 Frascos Coletores com tampa (extra). -Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; -Devem ser entregues os manuais de operação, em português. -Garantia: duração mínima de 1 ano a contar da data de instalação do equipamento. -O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. -Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber.</p> | | | | | |
| Total por extenso. | | | | | |

| LOTE 03 | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Item | Descrição | Qnt | Apres | Marca | Valores | |
| | | | | | Unitário | Total |
| 01 | <p>FOTOFORO, em LED, com bateria, foco regulável, iluminancia mínima de 30000 lux. Deve ser provido de capacete, lente de intensificação O capacete deve possuir regulagem em altura e circunferência. Deve ter iluminação por meio de lâmpada LED com iluminancia mínima de 30000 lux, temperatura de cor 5800k ou maior. Deve possuir bateria com autonomia mínima de 02 horas, quando em carga completa. Deve permitir o uso do equipamento mesmo quando a bateria estiver sendo carregada. Acompanhar carregador de baterias. Deve possuir indicador de bateria fraca. Deve possuir foco regulável. Acompanhar bolsa ou maleta para acondicionamento do produto. Bivolt; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; - Devem ser entregues os manuais de operação, em português. - Garantia de no mínimo 01 ano; - O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele.</p> <p>-Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber.</p> | 1 | Und | | | |
| Total por extenso. | | | | | | |

| LOTE 04 | | | | | | |
|----------------|--|-----|-------|-------|----------|-------|
| Item | Descrição | Qnt | Apres | Marca | Valores | |
| | | | | | Unitário | Total |
| 01 | <p>BISTURI ELETRÔNICO MÍNIMO 400W Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 400 Watts, com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para as potências das funções de no mínimo: Corte: Puro - 300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; Coagulação: Spray - 120w; Bipolar - 70w, no mínimo. Display digital de fácil leitura; Painel à prova d'agua; Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; saída bipolar independente. Com duas saídas independentes para caneta de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com sistema de gás argônio; Sistema de segurança; Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no pedal. Memorização de programações realizadas; indicação sonora da função acionada. Tensão de Entrada 127V/ 60Hz; Acompanhar o equipamento, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 01 unidade de transporte, para o equipamento e seus acessórios, com trava em no mínimo 02 rodas; · 01 pedal de comando para função monopolar, com no mínimo dois comandos sendo um para | 1 | Und | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>· corte/blend e outro para coagulação;</p> <p>· 01 pedal de comando para função bipolar;</p> <p>· 05 canetas monopolares autolaváveis com eletrodo de encaixe tipo faca reta, para comando por pedal;</p> <p>· 05 cabos autolaváveis para caneta monopolar para comando por pedal, com no mínimo 2,5 m de comprimento;</p> <p>· 05 canetas monopolares autolaváveis com comando de mão, com cabo com no mínimo 2,5m de comprimento e eletrodo de encaixe tipo faca reta;</p> <p>· 01 pinça bipolar autoclavável ponta reta, para comando por pedal;</p> <p>· 01 pinça bipolar autoclavável ponta curva, para comando por pedal;</p> <p>· 02 cabos autolaváveis para pinça bipolar para comando por pedal, com no mínimo 2,5 m de comprimento;</p> <p>· 05 cabos reutilizáveis para placa de retorno descartável, com no mínimo 2,5 m de comprimento e compatível com sistemas de monitorização de contato;</p> <p>· 01 adaptador universal para cirurgia laparoscópica;</p> <p>· 02 Placas neutras reutilizável com cabo de silicone autoclavável;</p> <p>· 01 mesa/suporte auxiliar com rodízios para armazenagem do equipamento e acessórios bem como seu deslocamento;</p> <p>· Alça para transporte.</p> <p>-O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>-Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado;</p> <p>-Devem ser entregues os manuais</p> <p>-Garantia: duração mínima de 1 ano a contar da data de instalação do equipamento. -O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele.</p> <p>-Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber.</p> | | | | | |
| Total por extenso. | | | | | |

| LOTE 05 | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Item | Descrição | Qnt | Apres | Marca | Valores | |
| | | | | | Unitário | Total |
| 01 | <p>CARRO DE PARADA/EMERGÊNCIA -</p> <p>Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, com cantos arredondados; Cor azul;</p> <p>-As gavetas possuem puxadores integrados, e dotadas de guias deslizantes;</p> <p>- Possui 04 rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, dotados de freios nas rodas;</p> <p>- Gabinete com 4 Gavetas: 01 gaveta (a primeira) é dotada de divisórias para armazenamento dos medicamentos; A maior das gavetas é a última, na qual são armazenados os soros e ressuscitadores ambos, que possuem maior volume e</p> | 2 | Und | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>demandam espaço maior.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sistema de travamento das gavetas com fechadura e chave de segurança; -Para-choque de borracha de proteção contra impactos em tolda a volta; -Bandeja (mesa) giratória em aço inoxidável para acomodação de equipamentos diversos; -Tampo superior em polímero liso e bordas elevadas, para manipulações gerais e acondicionamento de equipamentos; -Suporte para cilindro de oxigênio; -Suporte de soro em aço inoxidável com dois ganchos em T; regulável em altura; · Calha/filtro de linha, com 4 tomadas 20 ah, cabo de força 3m e enrolador de cabo; - Tábua de Massagem cardíaca fabricada em polipropileno; -Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; -Devem ser entregues os manuais de operação, em português. -Garantia: duração mínima de 1 ano a contar da data de aceitação do equipamento. -O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. -Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber. | | | | | |
| Total por extenso. | | | | | |

| LOTE 06 | | | | | | |
|----------------|---|-----|-------|-------|----------|-------|
| Item | Descrição | Qnt | Apres | Marca | Valores | |
| | | | | | Unitário | Total |
| 01 | <p>SISTEMA PRESSURIZADOR PARA LIMPEZA COM PISTOLA PARA CME Equipamento compacto; Ideal para pré-lavagem, lavagem e enxágue; Gabinete confeccionado em Aço Inox 304 ou qualidade superior; Bomba interna com pressão mínimo de 5 Bar; Controle de acionamento através do gatilho da pistola; Pistola em alumínio de alta resistência, pode ser conectada na rede de água ou a, Pressão ajustável; Sistema de engate rápido nos dois lados da mangueira; Autolavável; Bico de conexão com engate rápido; Bivolt automático.</p> <p>Deve conter: 1 Central/Bomba pressurizadora; · 1 Pistola em alumínio de alta resistência para ar comprimido e água; · 1 Mangueira espiral flexível de no mínimo 2,5 metros de comprimento com sistema de engate rápido nos dois lados da mangueira; · Kit com mínimo de 9 bicos para pistola; · Adaptador, para conexão com a rede de ar ou água e também a mangueira da pistola; -Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; -Devem ser entregues os</p> | 2 | Und | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|-----|--|--|
| | <p>manuais de operação, em português.</p> <p>-Garantia de Fábrica;</p> <p>-O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele.</p> <p>-Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber.</p> | | | | |
| 02 | <p>PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM PARA AR COMPRIMIDO E ÁGUA COM 9 BICOS Pistola de limpeza indicada para higienização, enxágue e secagem de endoscópios rígidos e flexível, pipetas, cateteres, nebulizadores, válvulas, seringas, cânulas, vidrarias laboratoriais e outros; Compatível com equipamento acima. Pode ser conectada na rede de água ou ar. Pressão ajustável; Fabricado em liga de alumínio resistente e antioxidante; Autolavável; Sistema de engate rápido nos dois lados da mangueira;</p> <p>Deve conter: · 1 Pistola em alumínio de alta resistência para ar comprimido e água; · 1 Mangueira espiral flexível de no mínimo 2,5 metros de comprimento com sistema de engate rápido nos dois lados da mangueira; · Kit com mínimo de 9 bicos para pistola; · Adaptador, para conexão com a rede de ar ou água e também a mangueira da pistola;</p> <p>-Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e</p> | 1 | Und | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; | | | | | |
| -Devem ser entregues os manuais de operação, em português. | | | | | |
| -Garantia de Fábrica; | | | | | |
| -O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. | | | | | |
| -Incluso: Todos os Impostos e entrega, Instalação e treinamento quando couber. | | | | | |
| Total por extenso. | | | | | |

| LOTE 07 | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Item | Descrição | Qnt | Apres | Marca | Valores | |
| | | | | | Unitário | Total |
| 01 | CAMA HOSPITALAR - material: aço com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo, dimensão (c x l x h): 210 ~ 225 cm(c) x 95 ~ 110 cm(l) x 30 ~ 90 cm(h), utilização: adulto, aplicação: enfermaria, acionamento: controle remoto e por painel de controle nas grades laterais e peseiras, estrado: chapa em aço inoxidável resistente e articulado em três seções, capacidade peso: 220 kg ~ 350 kg, ajuste posição: fawler, semi-fawler, sentado, reverso, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburg e reverso, grade lateral: par para o dorso, para as pernas, articulável e com sistema de segurança tipo trava e destrava, colchão: com espuma de alta densidade e | 10 | Und | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----|--|--|--|
| | revestido em material impermeável, para-choque: nas extremidades, forma fornecimento: unidade. | | | | | |
| 02 | PRANCHA IMOBILIZACAO transporte de acidentados, modelo: longa, material: polietileno impermeável, perfil: formato retangular para imobilização e transporte de pacientes, preenchimento leito: n/a, espessura: 1,8 ~ 2,0 cm, capacidade: 200 kg, largura: 45 ~ 50 cm, comprimento: 180 ~ 190 cm, quantidade pega mão: 4 ~ 6, cinto segurança: 3 cintos de engate rápido, forma fornecimento: unidade | 5 | Und | | | |
| Total por extenso. | | | | | | |

O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

Deve constar no Orçamento: Data, Validade da Proposta mínimo de 150 dias, Dados da Empresa, Assinatura do Representante Legal e Carimbo da Empresa.

Pojuca, 23 de Abril de 2024.

Michelle Santos Sá Maia Guimarães
Gestora de Contratos